

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 21/2022**

Processo

4/2022

Data do Processo:

14/02/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal (Em Exercício), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 4/2022
b) **Licitação Nr.:** 21/2022 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 31/05/2023
e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), novas unidades de saúde Vila Mariza, Caça e Tiro, São Francisco, Frei Rogério, Unidade de pronto atendimento (UPA), Sala de RX e Setores da SMS.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
--	-------	-------	--------	---------------	---------------

MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA. - EPP

- | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------|---------|------------|-------------|
| 1 | Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato.
Apresentação: Aparelho com instalação.
Características: Com chave seletora de potência, válvula reguladora que proporciona pressão de ar. Com botão de ajuste de água, potência da vibração e do ar. Capas protetoras das canetas de bicarbonato e ultrassom devem ser removíveis e autoclaváveis. Caneta de ultrassom compatível com as pontas: Gnatus, Dabi Atlant e Saevo. Com reservatório de água incorporado ao corpo do aparelho. Voltagem 220w, rdc 59. Com registro na ANVISA. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | ALLIAGE/SA
EVO SONIC
DUO | UND. | 6,0000 | 3.188,0000 | 19.128,0000 |
| 3 | Caneta de alta rotação com conexão tipo borden.
Características: Dois furos. Corpo em alumínio anodizado natural com canais arredondados de pega, push button, rotação de 420.000 rpm ± 15% com alto torque axial e radial e eficiente concentricidade da broca, controle de rotação através do pedal de comando, rolamentos com esfera de cerâmica, acompanha borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do spray, consumo de ar aproximadamente de 42,0 l/min ± 2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2. autoclavável em até 135°C por mais de 1000 ciclos, spray triplo. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 24 DO COMPRASNET) | DX MEGA
BUTTON | UND. | 30,0000 | 734,2667 | 22.028,0000 |

Lages, 31/05/2023

.....
JULIANO POLESE BRANCO
Prefeito Municipal (Em Exercício)

Página:

1 / 4



f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
4 Caneta de baixa rotação. Características: Contra-ângulo e micro-motor odontológico - contra ângulo. Corpo do contra ângulo de ser fabricado em alumínio anodizado autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, acoplamento sistema intra giratório, rotação máxima de 20.000 rpm transmissão 1:1 peso ideal peso líquido inferior a 50,0 gramas baixo ruído de trabalho, ranhuras antiderrapantes; cabeça pequena com ângulo da peça de mão, eixos montados com 6 rolamentos. Sistema de fixação da broca disponível nos modelos: lâmina trava - brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. O contra ângulo deve ser compatível ao micro motor. micro motor: corpo do micro motor fabricado em alumínio com tratamento anodizado; autoclavável a até 135c; ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação, conexão borden rotação de aproximadamente 5.000 rpm a 20.000, peso ideal peso líquido inferior a 50,0 gramas, baixo ruído de trabalho, deve ser compatível com o contra ângulo. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 25 DO COMPRASNET)	DX INTRA	UND.	28,0000	1.391,8570	38.972,0000
5 Contra Ângulo Endodôntico tipo FXM 700 ou similar. Apresentação: De baixa rotação, indicado para o preparo dos canais radiculares, utiliza com limas tipo NiTi (sistema rotatório). Sistema push button, Autoclavável. A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de um ano e indicar empresa credenciada para prestar assistência técnica no município de Lages. (REFERENTE AO ITEM 13 DO COMPRASNET)	DENTFLEX FXM 700 PB	UND.	2,0000	1.420,0000	2.840,0000
6 Destiladora de Água de Bancada. Apresentação: Reservatório em aço inox com capacidade mínima de 4L. Abastecimento manual. Potência mínima de 750w (1Litro/Hora). Dimensões aproximadas Ø235 x 380mm (altura). Registro ANVISA: Isento. Capacidade do reservatório de água destilada de mínimo 3,8 litros; Temperatura de trabalho entre 15 a 40°. Sem necessidade de instalação hidráulica. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 14 DO COMPRASNET)	KONDENTE CH AQUA	UN.	5,0000	865,0000	4.325,0000
7 Fotopolimerizador. Características: Aparelho sem fio, transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente, led de alta potência e intensidade luminosa - 1200 mw/cm2, controle de operações no corpo do aparelho, permite o ajuste dos tempos de fotoativação, no mínimo de 3 modos programáveis de aplicação, sinal sonoro a cada 5 segundos, bateria recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, resistente e de fácil higienização, base de descanso com carregador de bateria. Deve acompanhar: condutor de luz, protetor	KONDENTE CH LED 6	UND.	4,0000	590,0000	2.360,0000

Lages, 31/05/2023

.....
JULIANO POLESE BRANCO
Prefeito Municipal (Em Exercício)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 21/2022

Processo

4/2022

Data do Processo:

14/02/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vir. Unitário	Total do Item
ocular, base carregadora, fonte de alimentação. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 15 DO COMPRASNET)					
9	SCHUSTER FENIPEX	UND.	2,0000	1.889,5000	3.779,0000
Localizador apical eletrônico. Apresentação: Não necessita calibração; Limitador eletrônico de corrente; Função de auto-teste; Medição independente das condições do canal: seco ou úmido com soluto ou soro; Indicações sonoras enquanto trabalha na região apical, com alteração da sua frequência para indicar a progressão até ao apex; LCD de alta resolução; utiliza 4 pilhas de 1,5 Volt AA; Grampo labial e grampo de lima esterilizáveis em autoclave.					
10	CRISTOFOL I	UN.	8,0000	283,5000	2.268,0000
Mini Incubadora. Apresentação: Capacidade para: 4 indicadores biológicos; luz de LED indicativa que o aparelho esta ligado; bivolt; tempo de incubação de até 24 horas; temperatura de incubação de até 60°C. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 17 DO COMPRASNET)					
11	DENTFLEX PRO1	UN.	2,0000	560,0000	1.120,0000
Peça Reta. Características: corpo alumínio anodizado,rotação 1:1,fixação de broca por pinça,sistema intra de engate,pinça com diâmetro entre 2,334 e 2,350 mm conforme norma ISSO 1797-1.					
12	ALLIAGE/SA EVO TAM2	UN.	1,0000	13.000,0000	13.000,0000
Sensor digital com posicionador tamanho 2. Características: O Sensor Digital destina-se a aquisição de imagens médicas intra-orais de dentes, mandíbula e estruturas orais . Captura imagens radiográficas digitais em questão de segundos; Imagens mais nítidas, em tempo real; Teste de calibração do monitor, para uma visualização perfeita das imagens; Atendimentos mais rápidos, sem interrupção para revelação das radiografias; Resultados ricos em detalhes, que podem ser explicados direto na tela do computador; Simples de enviar imagens por e-mail;. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Modelo: Sensor Saevo Tamanho nº 2; dimensão da superfície ativa 26 x 36 mm; dimensões exterior (mm) 30,6 x 44,2. Conexão: USB 2.0; Comprimento do cabo: 3m.Tipo de Sensor: CMOS; número de pixels 2,34.					
16	CHIAPERINI BPV 150L	UND.	9,0000	9.400,0000	84.600,0000
Compressor odontológico para 4 consultórios. Características: Isento de óleo, motor de 2 pistões (2 x 2- v), 220v ou bivolt, protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, com capacidade para 4 consultórios sem bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos), pintura interna do reservatório antioxidante, baixo nível de ruído, capacidade de no mínimo 96 litros, potência mínima do motor de 2x1hp 1,5kw, vazão máxima de aproximadamente de 12pcm e 340l/min.					

Lages, 31/05/2023

.....
JULIANO FOLESE BRANCO
Prefeito Municipal (Em Exercício)

Página:

3 / 4

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES**

CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

PREGÃO ELETRÔNICO**Nr.: 21/2022**

Processo **4/2022**
Data do Processo: **14/02/2022**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item	
Total Fornecedor:					194.420,00	
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI						
2	Bomba à vácuo de 01HP/CV.	MD6001HP	UND.	9,0000	3.366,6666	30.300,0000
	Características: Bomba de vácuo com capacidade para no mínimo 04 consultórios simultaneamente; sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; pré-lavagem automática no filtro coletor; filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos; filtro de entrada de água; protetor térmico intermitente, motor com eixo central em inox; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 450 mmhg/17,62 inhg; bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 06 DO COMPRASNET)					
Total Fornecedor:					30.300,00	
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI						
13	Autoclave de 42 litros ou superior.	STERMAX	UND.	20,0000	5.076,6700	101.533,4000
	Características: Câmara de esterilização em aço inoxidável; painel analógico em teclado de membrana; controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial; sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; não necessita de tubulação para drenagem de água; operação que permite a seleção de diferentes ciclos; opção de ciclos extras; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; desligamento automático em caso de excesso de temperatura; pressão ou falta de água. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses, o fornecedor deverá cobrir os testes necessários que recomenda a garantia, ou que comprove o perfeito funcionamento do equipamento. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
Total Fornecedor:					101.533,40	
Total geral:					326.253,40	

Lages, 31/05/2023

.....
JULIANO POLESE BRANCO
Prefeito Municipal (Em Exercício)