



CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **37/2024**
Data do Processo: **05/08/2024**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 – Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 37/2024
b) **Licitação Nr.:** 103/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 23/10/2024
e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços destinado à Aquisição de 01 aparelho Analisador Automático de Bioquímica para atender a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
--	-------	-------	--------	---------------	---------------

CELL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

1	Analisador automático de bioquímica. Características: Equipamento para Diagnóstico de Exames de Bioquímica automatizado, acesso randômico, de bancada, prioriza amostras STAT (emergenciais). Equipamento de até 240 testes/hora fotométricos, até 400 testes/horas com ISE. Tipo de ensaio: Fotometria de absorvância, turbidimetria. Metodologias: Ponto final, Tempo fixo, Cinético, ISE opcional. Mono e Bi reagentes bioquímicos, Monocromáticas/Bicromáticas. Sistema aberto.Carrossel de Reagentes e Amostras: 50-100 posições para reagentes e 50-100 posições para amostras. Compartimentos refrigerados 24 horas (2-12°C). Volume de Reagentes: R1: 100-200µL, incremento de 0.5µL; R2: 10-200µL, incremento de 0.5µL Volume de Amostras: 2-35µL, incremento de 0.1µL Agulha de Reagentes e Amostras: Detecção do nível líquido, proteção contra colisões horizontais e verticais, verificação de inventário, pré aquecimento dos reagentes e detecção de coágulos opcional. Limpeza da Agulha: Lavagem interna e externa automática. Arraste < 0.05% Diluição Automática das Amostras: Pré e Pós diluições. Homogeneização: Mixer independente. Leitor de código de barras de reagentes integrado. Sistema de Reação: 80 cubetas reutilizáveis. Volume de Reação: 300-360µL Temperatura de Reação: 37°C ± 0.1°C Lavagem das Cubetas: Estação de lavagem com água e detergente pré-aquecidos. Módulo ISE (opcional) Medição K+, Na+, Cl. Sistema Óptico Fonte de Iluminação: Lâmpada de Tungstênio-halogênio Comprimento de Onda: 12 comprimentos de onda, 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 740nm, 800nm. Intervalo de	MINDRAY/D AILYTECH	UN	1,0000	95.000,00	95.000,00
---	---	-----------------------	----	--------	-----------	-----------

Lages, 23/10/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 103/2024

CNPJ: 11.840.546/0001-77 Telefone:(49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP: 88501-310 - Lages

Processo **37/2024**
Data do Processo: **05/08/2024**

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Marca Unid. Quant. Vlr. Unitário Total do Item

Absorção: 0-3.5Abs, 0.0001Abs de resolução 4.9Abs
Regras de Controle: Regras de Westgard, Levey-Jennings, Soma cumulativa. PC integrado, se possível com MS Windows 10 ou superior, preferencialmente com a navegação touchscreen. Interface RS232 bidirecional através do protocolo LIS / LAN, USB, VGA. Linguagem em português. Consumo de água ≤6.5 L/H. Voltagem 200-240. Frequência 50-60hz. Potência ≤1300VA.

Total Fornecedor: 95.000,00
Total geral: 95.000,00

Lages, 23/10/2024

.....
ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
Secretário de Administração e Fazenda