



Ofício nº 145/SMS/LIC/2021

Lages, 12 de julho de 2021.

Ao

Setor de Licitações e Contratos

Assunto: Resposta de pedido de Esclarecimento

Objeto: PE 109/2021 – Materiais e Equipamentos Enfermagem

Em resposta a empresa PROLIFE e de acordo com a análise de nossa equipe técnica, onde a empresa encaminhou catálogo do produto, não podemos aceitar que o teclado seja alfanumérico de membrana porque muda totalmente o descritivo exigido e também a qualidade na hora de realizar o exame, além de que os preços estimados não condizem com o modelo a qual a empresa quer participar.

Sendo o que tínhamos a informar, nos colocamos a disposição para outras dúvidas.

Atenciosamente,



Luciane Granetto Cordova
Gerente