

Ofício nº 118/SMS/LIC/2024

Lages, 09 de outubro de 2024.

**Ao
Setor de Licitações e Contratos**

ASSUNTO: Equipamento não conforme

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024 SMS

OBJETO: Registro de Preços destinado à Aquisição de 01 aparelho Analisador Automático de Bioquímica para atender a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.

Em análise do prospecto, manual do equipamento e documentos de habilitação referente ao item licitado no PE 103/2024 – Analisador Automático de Bioquímica, para ser utilizado no laboratório, da qual a empresa IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA MG apresentou, informamos que as características do equipamento não atende aos requisitos do edital, vejamos:

Edital pede:

- Equipamento de até 400 testes/hora com ISE.

Fornecedor apresenta:

- **Não** acompanha modo ISE.

Edital pede:

- Carrossel de AMOSTRAS - 50 a 100 posições

Fornecedor apresenta:

- Carrossel AMOSTRAS de 40 posições. *Não atende nem o mínimo desejado.*

Edital pede:

- Carrossel de REAGENTES - 50 a 100 posições

Fornecedor apresenta:

- Carrossel de REAGENTES 40 de reagentes. *Não atende nem o mínimo desejado.*

Edital pede:

- Comprimento de onda: 12 comprimentos de onda.

Fornecedor apresenta:

(49) 3251-7635

compras@saudelages.sc.gov.br

Praça Leoberto Leal, 20 - Centro - Lages-SC

- Comprimento de onda: 8 comprimentos de onda. *Faltando 4 comprimentos de onda do solicitado.*

Edital pede:

- **Agulha** de Reagentes e Amostras: Detecção do nível líquido, **proteção contra colisões Horizontais e verticais**, verificação de inventário, pré-aquecimento dos reagentes e detecção de coágulos opcional.

Fornecedor apresenta:

- Limpeza automática das agulhas, detector de nível de líquidos e proteção contra colisões. *Não há detalhamento se a detecção de colisão é na agulha, não informando se é horizontal e nem frontal ou quaisquer outros tipos de detecção de colisão. Não possui detecção de coágulos, nem mesmo opcional.*

Edital pede:

- Interface RS232 bidirecional através do protocolo **LIS / LAN, USB, VGA.**

Fornecedor apresenta:

- Interface RS232 bidirecional. *Sem informações dos quais protocolos usa para realizar o interfaceamento.*

Edital pede:


- Volume de Amostras: 2-35 μ L, incremento de 0.1 μ L

Fornecedor apresenta:

- Não especifica o volume de amostras. Apenas volume de diluição.

Sendo esses os fatores que não atendem ao especificado, solicitamos a chamada do terceiro colocado, para que apresentem folders ou catálogo para nossa apreciação.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **ODILA MARIA WALDRICH**
Data: 09/10/2024 18:23:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Odila Maria Waldrich
Secretária de Saúde