

Ofício nº 109/SMS/LIC/2024

Lages, 01 de outubro de 2024.

**Ao
Setor de Licitações e Contratos**

ASSUNTO: Equipamento não conforme

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024 SMS

OBJETO: Registro de Preços destinado à Aquisição de 01 aparelho Analisador Automático de Bioquímica para atender a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.

Em resposta ao ofício 310/2021/ADM/LIC, referente relatório de recursos administrativo, explanamos que o item licitado no PE 103/2024 – Analisador Automático de Bioquímica, para ser utilizado no laboratório, da qual a empresa MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA apresentou folder com as características do equipamento não atende aos requisitos do edital, vejamos:

Edital pede:

- Até 400 testes/horas com ISE.

Fornecedor vencedor apresenta:

- 150 testes/hora com ISE.

Edital pede:

- Carrossel 50 - 100 posições para **amostras**.

Fornecedor vencedor apresenta:

- 60 posições simultâneas para pacientes, calibradores, controles e outras soluções

Edital pede:

- Carrossel de Reagentes: 50-100 posições para **reagentes**

Fornecedor vencedor apresenta:

- Até 80 posições para reagentes

(49) 3251-7635

compras@saudelages.sc.gov.br

Praça Leoberto Leal, 20 - Centro - Lages-SC

Edital pede:

- Interface RS232 bidirecional através do protocolo **LIS / LAN, USB, VGA.**

Fornecedor vencedor apresenta:

- Comunicação bidirecional. RS-232 LAN, Ethernet e USB – (*SEM A PRESENÇA DO CABO VGA E PROTOCOLO LIS.*)

Edital pede:

- Volume de Amostras: 2-35 μ L, incremento de 0.1 μ L

Fornecedor vencedor apresenta:

- Volume de amostra entre: 1 μ L a 100 μ L, com precisão de 0,1 μ L

Edital pede:

- **Agulha** de Reagentes e Amostras: Detecção do nível líquido, **proteção contra colisões Horizontais e verticais**, verificação de inventário, pré-aquecimento dos reagentes e detecção de coágulos opcional.

Fornecedor vencedor apresenta:

- Agulha: Sensores com alerta sonoro e aviso em tela para Volume de Reagentes e Amostras. (*SEM PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES NA AGULHA, ESTANDO ESSA FUNÇÃO APENAS NOS BRAÇOS E NÃO NA AGULHA CONFORME ESTÁ NO MANUAL DO EQUIPAMENTO.*)

Sendo esses os fatores que não atendem ao especificado, solicitamos a chamada do segundo ou terceiro colocado, para que apresentem folders ou catálogo para nossa apreciação.

Atenciosamente,

Odila Maria Waldrich
Secretária de Saúde