



CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

Processo

27/2025

Data do Processo:

29/09/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 27/2025
b) **Licitação Nr.:** 105/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data Homologação:** 12/11/2025
e) **Objeto da Licitação:** Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelho radiográfico panorâmico odontológico para exame extraoral, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lages/SC

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODON. LTDA

		Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
1	Aparelho radiográfico panorâmico odontológico. Características: Voltado para exame extraoral digital, preparado para o paciente posicionado tanto em pé como sentado. O aparelho deve ser composto de coluna fixada no piso / parede ou sobre base / parede. Deve realizar no mínimo os seguintes exames: panorâmica infantil e adulto, planigrafia das articulações têmporo mandibular (atms), planigrafia frontal dos seios maxilares, telerradiografia látero-lateral, telerradiografia pósterio-anterior, telerradiografia antero-posterior, telerradiografia 45°. Ampliação da imagem em proporção constante. Seleção automática ou manual kvp. Funções mínimas: ajuste de brilho, contraste e gamma, filtros "Sharpen" e tecidos moles e aproximação, aumento e seleção de regiões da radiografia. O software deve permitir integração com várias tecnologias e gerenciadores. Gerador de alta frequência de no mínimo 100 khz, variação entre 60 até 85 kvp (mín) e variação entre 3 até 16 ma (mín). Ponto focal de no máximo 0,5 mm x 0,5 mm. Função "Demonstração" que permite demonstrar ao paciente os movimentos do equipamento sem emissão de raio x. Deve realizar técnicas cefalométricas. Posicionamento do paciente (em módulo panorâmico) através de plano Frankfurt, linha sagital mediana e linha do canino, estabilizado por bloco de mordida para pacientes dentados e apoio do mento para pacientes edêntulos. Ajuste do plano de corte baseado na linha do canino (móvel) para geração da curva personalizada ao biotipo do paciente para tomadas panorâmicas. Deve realizar tomografia "Cone bean"	SXR SAEVO/ALLI AGE	UN	1,0000	260.000,00	260.000,00

Lages, 12/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração



CNPJ: 11.840.546/0001-77

Telefone:(49) 3251-7600

Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO

CEP: 88501-310 - Lages

Processo

27/2025

Data do Processo:

29/09/2025

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Marca

Unid.

Quant.

Vlr. Unitário

Total do Item

(feixe cônico) 3d com rendimento de no mínimo 25000 disparos, bloqueio automático de radiografia, tempo de exposição máximo 32 segundos em modo de "Ultra alta definição", ponto focal máximo de 0,5 x 0,5. Foco volumétrico (fov) com no mínimo 4 opções variáveis, a partir de 05 x 05 cm, controle de exposição kv e ma automático ou manual, personalizável e comando através de teledisparo fora da sala de procedimento. Regulagem vertical do apoio do mento para modificações da área de interesse das imagens 3d. Cabeçote blindado com certificado de controle radiação de fuga, tensão nominal 110 / 127 / 220 ou 240 v, potência entre 3 até 16 ma (mín), frequência de geração de alta tensão 100 khz, 50 / 60 hz, tensão do tubo entre de 60 até 85 kvp (mín), com chassis (sensor / captador) radiográfico totalmente digital, dimensões da sala: largura 2,00 m, comprimento 1,90 m (sem braço cefalométrico) e 2,50 m (com braço cefalométrico), pé direto 2,50 m. Alimentação: 110 / 127 / 220 ou 240 v. Software 2d, banco de dados, software de reconstrução 3d com possibilidade de planejamento reverso de implante. Inclui certificado do INMETRO e controle de radiação de fuga em conformidade com legislação atual vigente. Deve incluir processo de treinamento em loco para os profissionais que irão operar o equipamento; deve incluir montagem e instalação; deve incluir garantia de no mínimo 01 ano.

Total Fornecedor:

260.000,00

Total geral:

260.000,00

Lages, 12/11/2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração